

# AMS K22


Autorizované metrologické středisko

RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 KUNOVICE

## OVĚŘOVACÍ LIST č. 019/24

DATUM VYDÁNÍ: 29.1.2024

Počet: stran:1, listů:1





Ing. Viktor Lokaj  
vedoucí AMS K22, 0116-CR-0953-15

razítko AMS K22

- 1. VLASTNÍK MĚŘIDLA:**

MP Ivančice

  - 1.1 Montáž na vozidlo typ: Škoda Octavia
  - 1.2 Výrobní číslo karoserie: TMBJD7NE2J0365139
  - 1.3 RZ v době ověření: 2BF1215
- 2. NÁZEV A TYP MĚŘIDLA:**

Silniční rychloměr RAMER10 C

  - 2.1 Výrobní číslo měřidla: 20/0708
  - 2.2 Výrobní číslo senzoru: 19/1412
  - 2.3 Rozsah měření: 20 až 250 km/h
  - 2.4 Výrobce: RAMET a.s. Kunovice
- 3. POUŽITÉ ETALONY A MĚŘIDLA S NÁVAZNOSTÍ NA STÁTNÍ ETALONY PŘÍSLUŠNÉ JEDNOTKY**
  - 3.1 Etalonový rychloměr R306102N v.č. 001, kalibrační list ČMI 8012-KL-50309-23, dat. kalibrace 25.9.2023
  - 3.2 Mikrovlnný čítač HP 5352B v.č. 3049A01166, kalibrační list ČMI 1013-KL-40028-23, dat. kalibrace 26.7.2023
  - 3.3 Simulátor VFM R314415N v.č. 11/0001, kalibrační list RAMET 202300020, dat. kalibrace 5.10.2023
- 4. MĚŘIDLO BYLO ZKOUŠENO:**

na základě požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09* podle metrologických předpisů MP01-MP10 a na základě Rozhodnutí o udělení autorizace 38/2000 ze dne 21.12.2000
- 5. PODMÍNKY MĚŘENÍ:**

podle požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09*  
teplota v laboratoři (23 ± 3) °C, rel. vlhkost vzduchu max. 75 %
- 6. VÝSLEDEK ZKOUŠKY:**

Provedené zkoušky měřidla prokázaly, že předložený silniční rychloměr má požadované metrologické vlastnosti (viz Certifikát o schválení typu stanoveného měřidla se značkou schválení typu TCM 162/10-4724).  
**Závěr: Rychloměr byl jako stanovené měřidlo ověřen a splňuje požadavky stanovené *Opatřením obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09*.**  
Lze jej používat k měření rychlosti za dodržování Návodu k obsluze.
- 7. ZPŮSOB VYZNAČENÍ OVĚŘENÍ NA MĚŘIDLE:**

úřední značky umístěné na místech uvedených v certifikátu o schválení typu stanoveného měřidla viz bod 6.
- 8. PLATNOST OVĚŘENÍ:**

podle §7 odstavec 1 Vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění. Ověření zaniká v případech uvedených v §7, odstavec 2 této vyhlášky. Doba platnosti ověření 1 rok podle Vyhlášky 345/2002 Sb. v platném znění.  
**Konec platnosti ověření dne 28.1.2025**
- 9. OVĚŘENÍ PROVEDL:** Ing. Viktor Lokaj 0116-CR-0953-15

DATUM ZKOUŠKY: 29.1.2024

  
*Tento ověřovací list nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožován jinak než celý.*